

Krotoszyn, 8.01.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak: **DTECH/1/14/17**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

**Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i opieki neonatologicznej, znak: DTECH/1/14/17**

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ w związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania wykonawców:

- § 5 ust. 7 Części II SIWZ - Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

*„Okres gwarancji na naprawione urządzenia zostanie przedłużony o liczbę dni, o jaką wykonawca opóźni się z naprawą urządzenia w stosunku do terminów naprawy określonych w ust. 5.”*

- § 5 ust. 11 Części II SIWZ - Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

*„Dwukrotne uprzednie uszkodzenie tego samego podzespołu/elementu, w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę w przypadku trzeciego uszkodzenia tego samego podzespołu/elementu do jego wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry, w terminie 14 dni liczonych od chwili trzeciego zgłoszenia o awarii. W przypadku trzykrotnego dokonania wymiany tego samego elementu/podzespołu, pomimo ich uprzedniej naprawy w ramach procedury jak w zdaniu pierwszym - Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany całego urządzenia, chyba, że podzespół/element nie ma istotnego znaczenia dla jego pracy (tzn pomimo wady aparat jest użytkowany).”*

**Wszelkie zmiany i uzupełnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**

