



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (62) 588 03 90 fax. (62) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750; NIP: 621-15-36-551; REGON: 000310226

e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 23.01.2018

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i opieki neonatologicznej”

Nr sprawy: DTECH/1/14/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. zał. 3.3 pkt. 30.) Czy Zamawiający skoryguje omyłkę względnie dopuści wyposażenie stanowiska w Kardiomonitor spełniający następujące kryterium:

Pkt. 30 MODUŁ SPO2:

Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych, częstotliwość Pulsu (PR) 0 – 300 BPM, Indeksu Perfuzji (PI) 0,1 – 20. w technologii OxiMax Nellcor. Możliwość ustawienia alarmów wizualnych i akustycznych dla min. : poziomu SpO₂, częstotliwości pulsu. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO₂.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO₂.

W komplecie kabel główny i czujniki jednorazowe dla noworodków w ilości 40 sztuk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wyposażenie stanowiska w Kardiomonitor spełniający następujące kryterium:

Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych, częstotliwość Pulsu (PR) 0 – 300 BPM, Indeksu Perfuzji (PI) 0,1 – 20. w technologii OxiMax Nellcor. Możliwość ustawienia alarmów wizualnych i akustycznych dla min. : poziomu SpO₂, częstotliwości pulsu.

Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO₂.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO₂.

W komplecie kabel główny i czujniki jednorazowe dla noworodków w ilości 40 sztuk.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na **30.01.2018 r. do godz. 9:00.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
mgr inż. Krzysztof Kurowski