

Część nr 5

Opis parametrów technicznych stanowiska do pielęgnacji noworodków

Pełna nazwa

Rok produkcji - typ Kraj

Producent/firma -

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Stanowisko fabrycznie nowe.	TAK	
2.	Rok produkcji z roku dostawy.	TAK	
3.	Konstrukcja		
4.	Stanowisko składające się z promiennika podczerwieni z czujnikiem temp., przewijakiem z materacykiem, wanienki z baterią zlewozmywakową, szafek.	TAK	
5.	Promiennik podczerwieni zintegrowany ze stanowiskiem, zainstalowany na kolumnie nad częścią pielęgnacyjną o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> - moc promiennika min. 700 W, - automatyczna regulacja temperatury powietrza w zakresie min. 34 do 38 °C, z dokładnością min. ± 0,2 °C, - Alarmy: za niskiej temperatury, za wysokiej temperatury (próg działania alarmu ± 0,8 °C), alarm awarii czujnika, - Ręczna regulacja mocy grzania min. Od 0 do 700 W, skokowo, - Cyfrowy pomiar temperatury wielorazowym czujnikiem z rozdzielczością min. 0,1 °C, dokładnością min. ± 0,2 °C, - Zegar do oceny skali AGAR. Sygnały dźwiękowe i optyczne po 1, 5, 10 min., - Wyświetlacz zmieniający barwę w zależności od różnicy temperatury mierzonej i ustawionej, - Oświetlenie luminescencyjne o mocy min 2 x 100 W światła żarowego. 	TAK	
6.	Waga noworodkowa z naniesioną cechą legalizacyjną min III klasy dokładności i podlegającą legalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 (Dz.U. Nr 26, poz 152).	TAK	
7.	Budowa stanowiska: <ul style="list-style-type: none"> - Szafka o szer. 500 mm jednodrzwiowa z systemem cichego 	TAK	

	<p>domykania wyposażona w 3 kosze szufladowe na prowadnicach .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szafka o szer. 500 mm wyposażona w min. 4 szuflady na prowadnicach z systemem cichego domykania, - Szafka o szer. 900 mm, dwudrzwiowa z systemem cichego domykania drzwi wyposażona w kosz na odpady z automatycznie podnoszoną pokrywą w momencie otwarcia drzwiczek oraz wysuwany na prowadnicach kosz na pieluchy, - Cokół wspólny dla wszystkich szafek wykonany z profili stalowych z nóżkami z regulacją wysokości/ poziomu malowany proszkowo. - Jednoczęściowy blat z waniem zamontowany na zespole szafek . Blat monolityczny , bez łączeń pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną o długości pokrywającej cały zespół szafek jednak nie większej niż 1950 mm . Wykonany z żywic szklano – poliestrowych w kolorze w skali RAL z miejscem na wagę i materacyk. Blat od strony ściany wykończony galeryjką. Wanienka o wym. Min 350 x 680 mm. Miejsce do przewinięcia wyposażone w materacyk o wymiarach min. 610 x 610 mm. Na blacie miejsce na postawienie wagi. 		
8.	Szafki wykonane z MDF z zaokrąglonymi krawędziami . Zabezpieczone przed działaniem wilgoci.		
9.	Bateria przy wanience z prysznicem i regulacją temperatury.	TAK	
10.	Materacyk pokryty PCV w kolorze dopasowanym do blatu stanowiska.	TAK	
11.	Wymiary: Szerokość – max 700 mm, Wysokość całkowita z podstawą – max 870 mm.	TAK	
12.	Zamawiający przed podpisaniem umowy poda ilości stanowisk z wanienką z lewej lub prawej strony.	TAK	
13.	Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz.	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)