

Część nr 4

Opis parametrów technicznych szyny do ćwiczeń biernych kończyny górnej			
Pełna nazwa			
Rok produkcji - typ. Kraj			
Producent/firma -			
<p>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).</p> <p>Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</p>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Konstrukcja szyny ma umożliwiać wykonywanie ruchów fizjologicznych stawów: barkowego, łokciowego i nadgarstka	TAK	
2.	Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej z możliwością treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka	TAK	
3.	Urządzenie przenośne z podstawą jezdnią wyposażoną w kółka z blokadą	TAK	
4.	Stojak na akcesoria	TAK	
5.	Pilot zdalny do sterowania urządzeniem z menu w j. polskim oraz pilot bezpieczeństwa dla pacjenta	TAK	
6.	Karty pamięci umożliwiające zapis indywidualnych parametrów zabiegu w ilości min 5 sztuk	TAK	
7.	Gotowe programy rehabilitacyjne	TAK	
8.	Regulacja progu bólu	TAK	
9.	Pauza w wyproście	TAK	
10.	Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu	TAK	
11.	Możliwość zgięcia nadgarstka, wyprostowania nadgarstka, odwodzenie kciuka odchylanie w kierunku kości łokciowej i kości promieniowej. Pronacja i supinacja	TAK	
12.	Możliwość rehabilitacji w pozycji siedzącej i leżącej	TAK	
13.	Możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły	TAK	
14.	Mobilizacja bierna stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka	TAK	
15.	Elektryczna regulacja prędkości ruchu min: 1,5 °/s do 3,5 °/s	TAK	
16.	Wymagane ruchy do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 ° do 180 ° Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 ° do 150 °	TAK	

	Rotacja zew/wew: min od 90 ° - 0 - 90 °		
17.	Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 ° do 150 ° Odwracanie-nawracanie: min od 90 ° - 0 - 90 °	TAK	
18.	Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 ° - 0 - 80 ° Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 ° - 0 - 30 °	TAK	
19.	Program rozgrzewki	TAK	
20.	Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu	TAK	
21.	Regulacja czasu trwania ćwiczeń min od 0 do 60 minut	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)