

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 - Rękawiczki chirurgiczne.

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa ortopedyczna bezpudrowa , kolor brązowy, od wewnątrz silikonowana i pokryta warstwą poliuretanu, od zewnątrz chlorowana i silikonowana, teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, zawartość protein maksymalnie 30 ug/g, poziom AOL ≤ 1,0. Grubość na środkowym palcu na pojedynczej ściance min. 0,32 mm., na dłoni min. 0,29 mm. Długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 25N. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5:2016 Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III.Rozmiary 6,0 - 9,0.				par	7 000		0,00		0,00	0,00

2	<p>Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, lekko pudrowana, teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany lub prosty, zawartość protein maksymalnie 60 ug/g, poziom AOL \leq 0,65. Grubość na środkowym palcu na pojedynczej ścianie min 0,22 mm, na dłoni min 0,20mm długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinęty, rękawiczka nie składana w połowie. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5:2016. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rozmiary 6,0 - 9,0.</p>				par	23 000		0,00		0,00	0,00
3	<p>Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, bezpudrowana, teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany lub prosty, zawartość protein maksymalnie 30 ug/g, poziom AOL \leq 0,65 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Grubość na środkowym palcu na pojedynczej ścianie min 0,22 mm, na dłoni min 0,20mm długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinęty, rękawiczka nie składana w połowie. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rozmiary 6,0 - 9,0.</p>				par	1 000		0,00		0,00	0,00

4	Rękawiczka chirurgiczna syntetyczna, bezpudrowa wykonana z neoprenu lub poliizoprenu, kolor zielony, pokryta od wewnątrz polimerem, mankiet prosty lub rolowany, powierzchnia lekko teksturowana, poziom AQL-0,65. Grubość na środkowym palcu min. 0,17 mm, na dłoni min. 0,15 mm, długość minimum 285mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinęty, rękawiczka nie składana w połowie. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5:2016. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rozmiary 6,0 - 9,0.				par	3 000		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00		0,00	0,00

Zamawiający wymaga:

Dołączenia do oferty sprawozdania z badania produktów, lub karty danych technicznych na zgodność z normą EN 455,(1-4) dla wszystkich rozmiarów wymaganych w SIWZ, potwierdzających parametry oferowanych rękawic wystawione przez producenta, nie starsze niż z 2018 roku. Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.

Na wezwanie zamawiającego należy przesłać raporty niezależne potwierdzające zgodność rękawic z normą ASTM F1671 lub EN ISO 374-5:2016

Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

.....
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy