



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawę papierów rejestrujących i elektrod EKG
dla SPZOZ w Krotoszynie
Nr sprawy: DG/1/15/20**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

1 Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w pakiecie nr 1 za niepodzielne opakowania jednostkowe po 50 sztuk.

Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2 Pytanie:

Pak 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody ekg w rozmiarze 4 x 3,3 cm na podłożu piankowym z klejem o wysokiej przylepności, do stosowania przy zachowaniu najwyższej jakości przewodzenia przez 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3 Pytanie:

Pak 1 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie elektrody ekg w rozmiarze 5,6x5,1 cm na podłożu z rozciągliwej włókniny z klejem o wysokiej przylepności, zachowującej świeżość/wysoką przylepność i przewodnictwo elektryczne do 30 dni po wyjęciu z opakowania, z papierem do abrazji naskórka na każdej elektrodzie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4 Pytanie:

Pakiet nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** podania w pakiecie nr 1 poz. 1 i 2 ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

5 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o długości 25m z jednoczesnym przeliczeniem na 128 rolek

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o długości 35m z jednoczesnym przeliczeniem na 175 rolek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 107mm x 23m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazową żelowaną do EKG w rozmiarze 48x36 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

10 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazową żelowaną do EKG o średnicy 48 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

11 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazową żelowaną do EKG z żelem stałym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

12 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za elektrody jednorazowe do EKG pakowane a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

13 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do USG firmy Mitsubishi?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

14 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 110x35?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 112x100x200?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

16 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 112x100x100?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

17 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 50x30?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

18 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści papier KTG w rozmiarze 112x100x200?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zapytania do projektu umowy:

19 Pytanie:

Projekt Umowy §3 ust. 6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian. Zamawiający nie wskazuje minimalnej wartości zamówienia, gdyż nie przewiduje prawa opcji.

20 Pytanie:

Projekt umowy - §9 ust. 2 a)

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

Odpowiedź: W przypadku zmiany stawki podatku vat, cena netto pozostaje bez zmian.

21 Pytanie:

Projekt umowy - §9 ust. 2 i)

ie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę litery i) która otrzymuje brzmienie:

i) Nie wyczerpania ilościowego oraz wartościowego umowy, poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
mgr inż. Krzysztof Kurowski

Krotoszyn, dnia 29.04.2020r.