



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na

Dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Leków Cytostatycznych i Oddziału Onkologii Klinicznej SPZOZ w Krotoszynie

Nr sprawy: AS/9/1/21

Pytanie 1

Pakiet 1

Pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu na fiolkę przeznaczony do przygotowywania i rozcieńczania leków o konstrukcji bezigłowej, na fiolki o średnicy 20mm, z filtrem 0,2µm, wyrównującym ciśnienie. Objętość wypełnienia ok. 0,14ml. Pakowany pojedynczo. Produkt jałowy, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 1

Poz.3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania- strzykawka o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 60 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaznaczeniem, że strzykawka musi być trwale zespolona z konektorem/adapterem (dostarczona jako całość - jałowa).

Pytanie 3

Pakiet 1

Pozycja 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania- strzykawka o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 20ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaznaczeniem, że strzykawka musi być trwale zespolona z konektorem/adapterem (dostarczona jako całość-jałowa).

Pytanie 4.

Pakiet 1

Pozycja 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania- strzykawka o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 10 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaznaczeniem, że strzykawka musi być trwale zespolona z konektorem/adapterem (dostarczona jako całość- jałowa).

Pytanie 5

Pakiet 1

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia większą niż 0,1ml ale mniejszą niż 0,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 1

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o szczelnej konstrukcji i pojemności 60ml z adapterem, które tworzą system zamknięty po nakręceniu łącznika na strzykawkę i uniemożliwiają ponowne odkręcenie i rozszczelnienie systemu zapobiegając wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Kompatybilność z pozycjami 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaznaczeniem, że strzykawka musi być trwale zespolona z konektorem/adapterem (dostarczona jako całość - jałowa).

Pytanie 7

Pakiet 1

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o szczelnej konstrukcji i pojemności 20ml z adapterem, które tworzą system zamknięty po nakręceniu łącznika na strzykawkę i uniemożliwiają ponowne odkręcenie i rozszczelnienie systemu zapobiegając wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Kompatybilność z pozycjami 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaznaczeniem, że strzykawka musi być trwale zespolona z konektorem/adapterem (dostarczona jako całość - jałowa).

Pytanie 8

Pakiet 1

Poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o szczelnej konstrukcji i pojemności 10ml z adapterem, które tworzą system zamknięty po nakręceniu łącznika na strzykawkę i uniemożliwiają ponowne odkręcenie i rozszczelnienie systemu zapobiegając wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Kompatybilność z pozycjami 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaznaczeniem, że strzykawka musi być trwale zespolona z konektorem/adapterem (dostarczona jako całość - jałowa).

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Zapytania Ofertowego , należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 02.07.2021r.