

Krotoszyn, 22.12.2021 r.

**OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:**

„Dostawa aparatu do hemodializ dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie”

Nr sprawy: DTECH/9/17/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy:

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

- w cenie: 109 080,00 zł.

Uzasadnienie wyboru do : oferta ww. wykonawcy była cenowo jedyną najkorzystniejszą z ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zestawienie nadesłanych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena zł brutto
1.	Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13 60-118 Poznań	109 080,00 zł
2.	AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysł	86 400,00 zł

Oferta podlegająca odrzuceniu:

Oferta firmy AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł podlega odrzuceniu z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3.

Zamawiający w pkt 3 opisu parametrów technicznych aparatu wymagał- „Możliwość monitorowania temperatury krwi”. Wykonawca zaoferował – „Możliwość monitorowania temperatury krwi, przy doposażeniu urządzenia w opcje Crit-line.”

W pkt. 5 Zamawiający wymagał – „Możliwość pomiaru stopnia recyrkulacji w przetoce”.

Wykonawca zaoferował – „Możliwość pomiaru stopnia recyrkulacji w przetoce przy doposażeniu urządzenia w opcje Crit-line.”


W pkt. 8. Zamawiający wymagał – „Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-1000ml/min. Wykonawca zaoferował – „Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 300-800ml/min.”

W pkt. 22 Zamawiający wymagał – „Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 20 godzin”. Wykonawca zaoferował - „Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez 10 godzin.”

W pkt. 24 Zamawiający wymagał – „Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego”. Wykonawca zaoferował - „Możliwość podłączenia na stałe do aparatu jednego typu środka dezynfekcyjnego: kwaśnego lub zasadowego”.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do uczestnictwa w następnych zamówieniach.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Iwona Wiśniewska