

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM – <u>jakość dla pakietu nr 1</u>	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
<b>PAKIET NR 1 POZ. 1 - RĘKAWICZKA NITRYŁOWA BEZPUDROWA</b>	
Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 7,5 N). 7,5 - 8,99 N – 1 pkt. ≥ 9,0 N – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Zakres grubości na palcu (minimum 0,08 mm) 0,08 - 0,119 mm – 1 pkt. ≥ 0,12 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Zakres grubości na dłoni (minimum 0,06 mm) 0,06 - 0,079 mm – 1 pkt. ≥ 0,08 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
<b>PAKIET NR 1 POZ. 2 - RĘKAWICZKA NITRYŁOWA BEZPUDROWA DŁUGA</b>	
Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 8,5 N). 8,5 - 9,99 N – 1 pkt. ≥ 10,0 N – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Długość rękawicy (minimum 290 mm) 290 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Zakres grubości na palcu (minimum 0,12 mm) 0,12 - 0,139 mm – 1 pkt. ≥ 0,14 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze

Zakres grubości na dłoni (minimum 0,07 mm) 0,07 - 0,089 mm – 1 pkt. ≥ 0,09 mm – 5 pkt  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	<p>.....</p> <p>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
Poziom AQL (maksimum 1,5 AQL) > 1,0 – 1 pkt. ≤ 1,0 – 5 pkt  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	<p>.....</p> <p>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

Oferent podaje wartość minimalną ocenianego parametru, spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, natomiast przy ocenie zawartości protein należy podać wartość maksymalną spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, zawartą w badaniu producenta nie starszym niż z 2018 roku.

Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.

Informacja dla Wykonawcy:

*Załącznik nr 5 musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*