

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Dostawa strzykawek dla SPZOZ w Krotoszynie

Nr sprawy: DG/1/23/22

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

1 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1-5,6-7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Tak. Reszta zgodna z SWZ.

2 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 6-7

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy jednoczesnym załączeniu oświadczenia do oferty.

3 Pytanie:

Pakiet 2 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek za opakowanie a'50szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami pod tabelą – formularz cenowy.

4 Pytanie:

Pakiet 2 pozycja 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do pomp z mocno przylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym, bez poprzecznego wcięcia?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 11.07.2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 11.07.2022 r. o godz. 09:30. Termin związania ofertą przypada na dzień: 09.08. 2022 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOŹ W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski



Krotoszyn, dnia 06.07.2022r.