

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ Krotoszyn”
DG/1/14/18**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do SIWZ I Projektu umowy:

1 Pytanie:

I. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4:

§2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:
„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), emailem (na adres), lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

2 Pytanie:

§3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. postanowienia na zapis w brzmieniu:

W imieniu Zamawiającego do ustalania dyspozycji w zakresie realizacji umowy upoważniony jest Kierownik Działu Gospodarczego, pan Maciej Grabczan, a po stronie Wykonawcy.....

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

3. Pytanie:

§4: W związku z wejście w życie przepisów RODO oraz z uwagi na przedmiot umowy związany ze świadczeniem przez Wykonawcę usług serwisowych w zakresie dzierżawionych analizatorów, na których przechowywane są dane pacjentów, prosimy o rozbudowanie ww. postanowienia umowy o zapisy w zakresie powierzenia Wykonawcy danych osobowych pacjentów.

Odpowiedź: Par 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zakres powierzonych Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych jakie podmiot przetwarzający musi przetwarzać w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest ściśle związany z katalogiem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego i może w szczególności obejmować: dane zwykłe, dane biometryczne, szczególne kategorie danych, w tym dane dotyczące stanu zdrowia odnośnie osób, których dane zostały wprowadzone do baz danych dzierżawionych urządzeń, a którym to osobom Zamawiający przy użyciu wskazanych aparatów udzielał świadczeń diagnostycznych.

Dodaje się par 4 ust. 8:

Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia danych osobowych przekazanych w związku z realizacją umowy oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba, że na mocy obowiązujących przepisów wykonawca będzie miał obowiązek przechowywania tych danych.

4 Pytanie:

§6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „*W przypadku nie wyczerpania wartości umowy Strony wyrażają zgodę na przedłużenie obowiązywania umowy na czas nie dłuższy niż 3 miesiące*”.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

5 Pytanie:

§8: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„*W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.*”

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

6. Pytanie:

§8: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„*Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.*”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

7. Pytanie:

§9 ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„*Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.*”

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

8. Pytanie:

§9: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„*W okresie trwania umowy, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający*”.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

9. Pytanie:

§13 ust. 2 tiret pierwszy i ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umownej przedmiotu umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

10. Pytanie:

§13: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek zapłaty kary umownej za nieterminowe dostawy dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

Zapytania do Formularza Cenowego:

Pytania dotyczące Załącznika nr 6

11. Pytanie:

Dotyczy pkt. 2 tabeli PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora hematologicznego o wadze 112 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

12. Pytanie:

Dotyczy pkt. 5 tabeli PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora oznaczającego NRBC z automatyczną korektą WBC w trybie CBC DIFF?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie:

Dotyczy pkt. 6 tabeli PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym różnicowanie leukocytów oparte jest o metodę cytometrii przepływowej i pomiaru optycznego?

Technologia pomiarowa jest charakterystyczna i zróżnicowana w zależności od producenta danego aparatu, a zaproponowana w pytaniu jest równoważna z opisaną w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Pytanie:

Dotyczy pkt. 7 tabeli PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym objętość aspirowana próbki w każdym trybie wynosi 110 µl?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15. Pytanie:

Dotyczy pkt. 8 tabeli PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym zakres liniowości WBC dla próbki pierwotnej wynosi 350 *10³/µl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące Załącznika nr 7

16. Pytanie:

Dotyczy pkt 4 tabeli PARAMETRY GRANICZNE 2 APARATÓW DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF WRAZ Z RETIKULOCYTAMI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, w których różnicowanie leukocytów oparte jest o metodę cytometrii przepływowej i pomiaru optycznego?

Technologia pomiarowa jest charakterystyczna i zróżnicowana w zależności od producenta danego aparatu, a zaproponowana w pytaniu jest równoważna z opisaną w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Pytanie:

Dotyczy pkt 6 tabeli PARAMETRY GRANICZNE 2 APARATÓW DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF WRAZ Z RETIKULOCYTAMI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, w których zakres liniowości WBC wynosi 360 *10³/µl a PLT wynosi 3 800 *10³/µl w trybie z automatycznym rozcieńczeniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie:

**Dotyczy pkt 15 tabeli PARAMETRY GRANICZNE 2 APARATÓW DO OZNACZEŃ
HEMATOLOGICZNYCH 5 DIFF WRAZ Z RETIKULOCYTAMI**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowane analizatory oznaczały i raportowały na wyniku zawartość Hgb w retikulocytach (pg) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 20.06.2018 r.