



## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla SPZOZ w Krotoszynie”**

**DG/1/23/18**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ.

### Zapytania do Formularza Cenowego:

#### Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga w ramach pozycji nr 7 w pakiecie nr 2 wyrobu medycznego posiadającego certyfikat CE ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produkt medyczny, zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych posiadający deklarację zgodności CE.

#### Pytanie nr 2

Czy zamawiający wydzieli pozycję numer 7 z pakietu nr 2 do oddzielnego pakietu umożliwiając wykonawcom złożenie najkorzystniejszych cenowo ofert na ten asortyment ?

**Odpowiedź:** Nie – zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 3

##### **Dotyczy pakietu nr 4 poz. 4,5,7**

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 4 poz. 4,5,7 do osobnego zadania np. 4A. Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

**Odpowiedź:** Nie - zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 4

##### **Dotyczy SIWZ**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

**Odpowiedź: TAK** - wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, **składania oświadczeń i wniosków**, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

---

Misja zakładu: „Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

---

#### **Pytanie nr 5**

##### **Dotyczy podpisania umowy**

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się *poza granicami kraju* wnosimy o wyrażeniu zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

#### **Pytanie nr 6**

##### **Dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy § 8 ust. 3 wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację zapisu w/w ust. wzoru umowy na: „W przypadku trzykrotnej ***kolejnej*** reklamacji towaru Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy”.

**Odpowiedź:** Bez zmian. Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 8**

##### **Dotyczy § 12 ust. 2 tiret pierwszy wzoru umowy**

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy na wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Naszym zdaniem, kary umowne winny **być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur** w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

#### **Pytanie nr 9**

##### **Pakiet nr 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ. Czy zgodnie z zapisami pod tabelą cenową, Zamawiający wymaga przedstawienia próbek oferowanych ostrzy i pustego opakowania razem ze składaną ofertą?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 10**

##### **Pakiet 3 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również ostrzy w rozmiarze 11 w wersji 11P?

**Odpowiedź:** Tak wymaga, dotyczy pakietu nr 1

Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”*

#### **Pytanie nr 11**

Pakiet 4 poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 10 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 12**

Pakiet 4 poz. 3:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 10 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 13**

Pakiet 4 poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników w rozmiarach CH8-CH22.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 14**

Pakiet 4 poz. 7:

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 15**

Pakiet 4 poz. 10:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zatyczki do cewników i drenów o budowie schodkowej z ergonomicznym uchwytem, sterylna, pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 16**

Pakiet 1, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 17**

Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister

---

Misja zakładu: „Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

---

aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 18**

Pakiet 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 19**

Pakiet 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , bardzo mały 15 mm (XXS) lub bardzo mały 20 mm (XS)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 20**

Pakiet 2, poz. 1-4

Czy wymagany jest wziernik pakowany w folia-folia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 21**

Pakiet 2, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 22**

Pakiet 3, poz. 8,9,12

Prosimy o wydzielenie poz. 8,9,12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 23**

Pakiet 3, poz.8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 24**

Pakiet 3, poz.9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


### **Pytanie nr 25**

Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający wymaga sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zdjęcie wachlarzyka szczoteczki poniżej.

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”



**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 26**

Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wacłarzyk COMBI, tzn. o wydłużonej części centralnej w kształcie przedłużonego bolca z poprzecznie ułożonymi włoskami? Powyższy opis przedmiotu sugeruje jednego wykonawcę tzn. Rovers Polska, firma ta posiada prawo własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem na wacłarzyk z wydłużoną centralną częścią. Wymóg szczoteczki typu wacłarzyk COMBI co wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 27**

Pakiet 5, poz.1

Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wacłarzyk, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ



---

Misja zakładu: „Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

---

### **Pytanie nr 28**

Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę typu WACHLARZYK o wymiarach 20 cm dł. całkowita z trzonkiem, sam wachlarzyk dł. całk. 30 mm, szerokość ok.20 mm, pakowana indywidualnie, sterylna, zbiorczo po 100 szt. w kartonie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie po 100 szt., reszta zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 29**

Pakiet 5, poz.1,2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 30**

Pakiet 5, poz.2

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 31**

**Pakiet nr 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 13cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

---

Misja zakładu: „Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

---

### **Pytanie nr 32**

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny 200ml z przeliczeniem ilości na 12 szt.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 33**

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Tiemann dostępne w rozmiarach CH 8 – CH 24 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 34**

Pakiet nr 3, pozycja 8

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający używając zapisu „dopuszcza się z bezigłowym portem do próbek” daje możliwość Wykonawcom zaoferowania worków do zbiórki moczu zarówno z portem do próbek jak i bez portu ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający daje możliwość Wykonawcom zaoferowania worków do zbiórki moczu zarówno z portem do próbek jak i bez portu.

### **Pytanie nr 35**

Pakiet nr 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści workiczki zróżnicowane dla chłopców i dla dziewczynek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 36**

Pakiet nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników pakowane a’200 szt. z przeliczeniem ilości na 6 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie 200 szt. z odpowiednim przelicznikiem





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02  
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl) internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu: „Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

**Pytanie nr 37**

Zadanie 3, Poz. 1-4

Czy cewniki Foley’a mają być *pakowane* podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne *folia-papier* ułatwiając ich aseptyczne użytkowanie?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 38**

Zadanie 3, Poz. 7

Czy oferowane dreny Pezzera jako wyroby użytkowane na blokach operacyjnych powinny być pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 39**

Zadanie 3, Poz. 7

Czy oferowane dreny Pezzera powinny posiadać długość min. 400mm, minimum dwa otwory przelewowe i winny być wykonane z miękkiego lateksu, lateksu silikonowanego lub innego materiału równoważnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**

Krotoszyn, dnia 14.08.2018 r.