

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

Dostawę odczynników do serologii dla SPZOZ w Krotoszynie

DG/1/35/18

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1 Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby sprzęt i odczynniki pochodziły od tego samego producenta co oferowana mikrometoda?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

2 Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch licencji oprogramowania do Pracowni Serologii i Banku Krwi, które będą służyły do obsługi dwóch niezależnych stanowisk? Czy zapis w załączniku nr 6 parametr III Oprogramowanie do zarządzania gospodarką krwi w pkt. 4 o treści: „Oprogramowanie do prowadzenia banku krwi i pracowni serologicznej w jednej licencji i aplikacji” jest omyłką pisarską?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i tym samym poprawia Załącznik nr 6 - parametr III Oprogramowanie do zarządzania gospodarką krwi w pkt. 4. Poprawiony załącznik nr 6 stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień.

3 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem
**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE**
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski



Krotoszyn, dnia 03.01.2019 r.