



## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na**

**Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora Gem Premier 3000 oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą 2 aparatów do gazometrii dla SPZOZ w Krotoszynie**

**Nr sprawy: DG/1/18/19**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

### **Zapytania do Formularz cenowego:**

#### **1Pytanie:**

Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet nr 2, pkt.4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby maksymalna liczba oznaczeń z jednej kasety wynosiła 500?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **2 Pytanie:**

Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet nr 2, pkt.13. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby maksymalna objętość próbki dla pełnego panelu oznaczeń wynosiła 135 ul zarówno ze strzykawki jak i z kapilary?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **3 Pytanie:**

Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet nr 2, pkt.21. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza aby kaseta mikrosensorowa miała żywotność 16 dni? Pozostałe odczynniki są stabilne przez minimum 30 dni po zainstalowaniu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**4 Pytanie:**

Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet nr 2, pkt.27. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby reakcja serwisu wynosiła maksimum 48 godzin od zgłoszenia (w dni robocze)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 24.04.2019 r.